MUEBLES CLÍNICOS

CANASTO COMPRESERO ACERO INOXIDABLE AISI 304

COD RLPROD208 · RLPROD208-1 · RLPROD208-2

El canasto compresero de acero inoxidable permite el traslado de prendas sucias, ropa de cama, vestimenta del paciente y del personal, así como materiales descartados, entre dependencias.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Estructura de acero inoxidable AISI 304

Construcción metálica de tipo cónico, con uniones soldadas. Espesor del tubo 1,5”.

Desplazamiento práctico

Tres ruedas de 3” doble giro y 2 con freno para facilitar el traslado.

Diseño funcional

Estructura abierta que optimiza el espacio y facilita su movilidad.



Vista general · RLPROD208

MUEBLES CLÍNICOS

CANASTO COMPRESERO ACERO INOXIDABLE AISI 304

COD RLPROD208 · RLPROD208-1 · RLPROD208-2

PLANOS Y MEDIDAS GENERALES

TRES MODELOS · DIÁMETRO SUPERIOR DE CADA REFERENCIA



Medidas de referencia documentadas para RLPROD208

Altura del canasto	**800 mm**
Diámetro inferior	**Ø 400 mm**
Ruedas	**3” pulgadas**

MUEBLES CLÍNICOS

CANASTO COMPRESERO ACERO INOXIDABLE AISI 304

COD RLPROD208 · RLPROD208-1 · RLPROD208-2

COMPONENTES Y MATERIALES

DETALLES VISUALES · ARO, ESTRUCTURA Y RUEDAS



Aro superior de acero inoxidable AISI 304 espesor tubo 1,5”



Bastidor tubular y soportes



Aro de refuerzo inferior



Ruedas de 3” doble giro y 2 con freno

MUEBLES CLÍNICOS

CANASTO COMPRESERO ACERO INOXIDABLE AISI 304

COD RLPROD208 · RLPROD208-1 · RLPROD208-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INFORMACIÓN DE LA FICHA ORIGINAL Y MODELOS SOLICITADOS

SECCIÓN / ESPECIFICACIÓN	
Producto	**Canasto compresero**
Códigos	**RLPROD208 / RLPROD208-1 / RLPROD208-2**
Diámetro superior · RLPROD208	**600 mm**
Diámetro superior · RLPROD208-1	**64 mm**
Diámetro superior · RLPROD208-2	**46 mm**
Altura	**800 mm**
Diámetro inferior	**400 mm**
Peso	**3 kg aprox.**
Material	**Acero inoxidable AISI 304 espesor tubo de 1,5”**
Ruedas	**3 ruedas de 3” pulgadas doble giro y 2 con freno**
Fabricación	**Nacional marca RESCATELIFE**

Nota: los datos de peso, altura, diámetro inferior y ruedas proceden de la ficha RLPROD208. No se han extrapolado a los otros modelos.

MUEBLES CLÍNICOS

CANASTO COMPRESERO ACERO INOXIDABLE AISI 304

COD RLPROD208 · RLPROD208-1 · RLPROD208-2

MODO DE USO

INSTRUCCIONES DE USO · MANIPULACIÓN DEL EQUIPO

- Preparación: ubicar el canasto sobre una superficie firme, plana y libre de obstáculos.
- Verificación: revisar que la estructura y las ruedas se encuentren en buen estado.
- Carga: colocar las prendas o materiales en una bolsa o contenedor compatible, según el protocolo del establecimiento.
- Traslado: movilizar el equipo de forma controlada, evitando golpes y sobrecargas.
- Descarga: retirar el contenido en el área destinada, siguiendo las normas de higiene de la institución.
- Cierre: limpiar y secar el equipo; dejarlo en un lugar adecuado para su próximo uso.





Aro superior



Refuerzo inferior



Ruedas de 3”

MUEBLES CLÍNICOS

CANASTO COMPRESERO ACERO INOXIDABLE AISI 304

COD RLPROD208 · RLPROD208-1 · RLPROD208-2

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

INDICACIONES DE MANTENCIÓN Y CUIDADO

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



- Limpiar la estructura con paño suave y detergente neutro o desinfectante compatible con acero inoxidable.
- Secar completamente las superficies tras la limpieza.
- Revisar periódicamente uniones, soportes y ruedas; corregir daños antes de utilizar.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Evitar golpes, inclinaciones bruscas y sobrecargas.
- No utilizar como asiento ni como apoyo para personas.
- Mantener las ruedas libres de suciedad y obstáculos.