LÍNEA MUEBLES CLÍNICOS

LAMPARA CUELLO FLEXIBLE

21 W LED

RL952



RL952 Lámpara de examen con fuente LED de 21 W y cuello flexible (gooseneck) para orientar el haz con precisión en box y procedimientos. Ofrece regulación de intensidad, encendido independiente, asa de guiado en el cabezal, y base móvil de 5 radios con frenos, facilitando el posicionamiento seguro, la limpieza y la ergonomía durante la atención.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Enfoque rápido** y estable gracias al cuello flexible.
- **Control inmediato:** interruptor ON/OFF y dimming continuo.
- **Movilidad segura:** base de 5 ruedas; frena y libera en segundos.
- **Ergonómica:** asa en cabezal para dirigir el haz sin contaminar campo.
- **Alcance eléctrico extendido:** 2,67 m de cable total (cable + adaptador).
- **Bajo consumo:** etiqueta de equipo ≤ 30 VA.







LÍNEA MUEBLES CLÍNICOS

LAMPARA CUELLO FLEXIBLE

21 W LED

RL952

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	LAMPARA CUELLO FLEXIBLE 21 W LED
Código	RL952
Tecnología de luz	LED 21 W regulable
Iluminancia	30.000 lux a 300 mm
Consumo eléctrico (etiqueta)	≤ 30 VA
Alimentación de red	100–240 V~ 50/60 Hz
Adaptador incluido	JS-24018 (salida 24 V 2 A), marcado CE
Conector al equipo	DC coaxial (barril)
Longitud cable + adaptador	2,67 m
Controles	Interruptor ON/OFF + perilla de intensidad
Cuello	Flexible tipo gooseneck
Base	5 radios con ruedas; 2 con freno
Altura máx. aprox.	~190 cm
Diámetro base aprox.	~56 cm
Vida útil declarada (etiqueta)	5 años (45.000 h)
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE - FDA
Garantía	6 meses


LÍNEA MUEBLES CLÍNICOS

LAMPARA CUELLO FLEXIBLE

21 W LED

RL952

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



- Desconectar y enfriar el cabezal (~10 min); limpiar superficies con paño de microfibra y detergente neutro; secar de inmediato.
- Desinfección rutinaria: alcohol 70% o amonio cuaternario aplicado al paño (no rociar), contacto ≥1 min; lente con solución para ópticas; retirar polvo de rejillas.
- Base y ruedas: quitar residuos; verificar frenos; si hay ruido, gota de silicona en ejes. Revisar cable/adaptador y reemplazar si presentan daño.
- No usar cloro/hipoclorito, peróxidos concentrados, acetona/solventes, abrasivos, vapor ni inmersión de partes eléctricas.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Operar bajo techo y en superficie nivelada; bloquear dos ruedas; mantener ≥10 cm libres en ventilaciones; mover el cuello sin forzar topes.
- Usar solo el adaptador especificado; evitar tirones y tropiezos guiando el cable; ante derrames en el cabezal o conector, desconectar.
- Antes del examen: comprobar encendido, regulación de intensidad, fijación del mástil y frenos; orientar para iluminar sin deslumbrar.
- Guardar en lugar seco/ventilado, lejos de calor y sol; ante fallas o ingreso de líquidos, suspender uso y derivar a servicio técnico; efectuar revisión eléctrica anual.